

De: licitacao@capanema.pr.gov.br
Enviado em: quarta-feira, 17 de agosto de 2022 15:40
Para: 'licitacoes@cmosdrake.com.br'
Assunto: RES: ESCLARECIMENTO 31.08.2022- PE 79.2022 - PREFEITURA DE CAPANEMA - PR

Boa tarde!

Referente ao item 54 do PE 79/2022 informo que o conector é modelo **AZUL/BRANCO**.

De: licitacoes@cmosdrake.com.br <licitacoes@cmosdrake.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 17 de agosto de 2022 14:01
Para: licitacao@capanema.pr.gov.br
Assunto: ESCLARECIMENTO 31.08.2022- PE 79.2022 - PREFEITURA DE CAPANEMA - PR

Ilmo.(a) Senhor(a) Pregoeiro(a), bom dia!

A CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, com interesse de participar do pregão **31.08.2022- PE 79.2022 - PREFEITURA DE CAPANEMA - PR**, vem, através desta, dentro do prazo previsto no Instrumento Convocatório, solicitar ESCLARECIMENTOS quanto ao **ITEM 54 (ELETRODO)**. Qual seria a cor do **conector**?

Posto isto, requer seja sanada a dúvida com o esclarecimento completo das informações solicitadas. Em anexo estão as fotos dos modelos de conectores (**preto e azul/branco**).

Desde já agradecemos a compreensão.

Aguardo posicionamento dentro do período indicado no instrumento convocatório.

Atenciosamente,



Toni Cirilo
Assistente de Licitações
+55 31 3615-6423 
licitacoes@cmosdrake.com.br



CMOS DRAKE DO NORDESTE S/A - CNPJ 03.620.716/0001-80
Av. Regent, 600, Alphaville, Nova Lima - MG, CEP 34018-000
www.cmosdrake.com.br

